

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO Y UPGRADE RIEs OXFORD

Se requiere la adquisición de un sistema de control para la actualización de hardware y software para los equipos Oxford Instruments Plasmalab 80+ y Plasmalab Cobra compuesto por:

PLC de control interno con nueva PC (Windows10 o similar) de interfase de usuario, y upgrade del software de control a la versión PTIQ para el sistema PlasmaLab 80+.

Upgrade de software de control de sistema PlasmaLab Cobra desde la versión actual a la versión PTIQ.

Incluyendo la instalación de un sistema remoto de soporte técnico mediante software TeamViewer o similar. Manuales completos.

Es de hacer notar que el único proveedor de los mencionados up-grades es Oxford Instruments plasma Technology, no existiendo reemplazos para los mismos.